[matrix]



ISO ITALIA S.p.A.

Libretto di **Manutenzione**

Model / Modello:	MATRIX L28
Code / Codice:	PFIL28ER/B21
Serial Number / Matricola:	700132
Year of production / Anno:	03/2007

[matrix]
ITALIA

Regole per una Corretta Seduta Abbronzante

Le radiazioni ultraviolette [illegible] o di un apparecchio abbronzante possono danneggiare la pelle e gli occhi. Questi effetti biologici dipendono dalla qualità e dalla quantità delle radiazioni in relazione alla sensibilità della pelle dell'individuo. Un'esposizione eccessiva, pertanto, può portare a scottature della pelle. Le esposizioni alle radiazioni del sole o di un apparecchio abbronzante, ripetute eccessivamente, possono aumentare il rischio di neoplasie ed invecchiamento prematuro della pelle. Gli occhi non protetti possono subire infiammazioni.

Per la tranquillità di effettuare sedute abbronzanti senza incorrere in rischi particolari sono da tenere seriamente in considerazione le seguenti precauzioni ed indicazioni:

- **Rispettare scrupolosamente i tempi di esposizione** stabiliti dal personale specializzato del centro.
- Si consiglia di **alternare almeno un giorno fra una seduta e l'altra** (è consigliato esporsi non più di due volte alla settimana) rispettando le indicazioni del personale specializzato del centro.
- Usare sempre gli appositi **occhialini di protezione in dotazione**. In ogni caso **non sottoporsi assolutamente al trattamento abbronzante ad occhi aperti o con lenti a contatto.**
- Prima di ogni esposizione **la pelle deve essere ben pulita, senza trucco, prodotti cosmetici, profumi o deodoranti.** Dopo la seduta si consiglia una crema idratante dopo sole.
- È sconsigliato l'utilizzo del solarium a clienti che effettuano **trattamenti dermoestetici e trattamenti depilanti al laser.**
- L'uso non è consigliato a soggetti con età inferiore ai 16 anni.
- Durante una terapia con **farmaci particolari**, quali ad esempio antibiotici od antinfiammatori, si consiglia la sospensione delle sedute abbronzanti, al fine di evitare reazioni di sensibilizzazione generate dall'uso dei medicinali. **Se vi è una cura medica in corso attendere il termine.** In ogni caso si consiglia di consultare il proprio medico curante. In caso di **gravidanza consultare il medico**. **Si sconsiglia fortemente l'uso del solarium in caso di gravidanza.**
- **Richiedere e pretendere dal personale addetto la consultazione e la conoscenza dell'apposito manuale d'uso al seguito di ogni attrezzatura ISO ITALIA, perchè nessun risarcimento e/o responsabilità può essere riconducibile alla ISO ITALIA per una non corretta utilizzazione e/o manutenzione delle attrezzature dalla stessa prodotte.**
- Usando il solarium nei tempi e nei modi prescritti si può ottenere un'ottima abbronzatura e mantenerla per lungo tempo, sia a breve che a lunga scadenza. Evitare gli eccessi: ricordarsi che **il solarium ha sul corpo umano gli stessi effetti del sole:** poco alla volta fa bene, troppo può far male.
- Per una abbronzatura omogenea evitare le posizioni fisse o le attitudini statiche; è consigliato di muoversi e spostarsi affinché l'angolo di ricezione dei raggi non sia sempre identico e i tempi di esposizione siano uniformemente distribuiti su tutto il corpo.
- L'abbronzatura potrà risultare non perfettamente uniforme su soggetti con problemi di circolazione del sangue o che effettuano esposizioni durante il ciclo mestruale.
- **Altri effetti del solarium:** miglioramento del trattamento di affezioni cutanee, acne, impurità della pelle, psoriasi (in medicina è usato nella PUVA-terapia), funghi della pelle, reumatismi, artriti, artrosi, pulizia dell'epidermide, aumento dello spessore dell'epidermide, aumento della resistenza alle malattie infettive e da raffreddamento, aumento della formazione della vitamina D nel sangue (funzione antirachitica), tonificazione muscolare, relax psicofisico.
- **NON USARE L'APPARECCHIO IN CASO DI DANNEGGIAMENTO DEI FILTRI (LUCE BIANCA PROVENIENTE DALLE LAMPADE) E DI DIFETTI DEI TEMPI DEL CONTROLLO DEI TEMPI DI ESPOSIZIONE.**
- Si consiglia **visita dermatologica** per determinazione fototipo.

ISO ITALIA

PIÙ SICURO DEL SOLE | **INDUSTRIA SOLARIUM ED ATTREZZATURE PER L'ESTETICA**

I.SO Italia Srl • via G. di Vittorio, 52 • 30029 • S. STINO DI LIVENZA (VE) • ITALY
Tel. +39 0421 311700 r.a. • Fax +39 0421 311702 • e-mail: contact@isoitalia.com

www.isoitalia.com

Ray emission certificate

We certify that this U.V.A. equipment emits U.V. rays:

Measurements are made in the ISO Italia test laboratories. Ambient conditions may significantly modify output data (±10%). Any differences in output data between similar models are due to the hand production of some components. The data given in this present document refer to the apparatus in its original condition, and will no longer be valid in the case of tampering or replacement with components not supplied by ISO Italia.

The values indicated refer to effective radiation as quoted by law CEI EN 60335-2-27

Certificato di emissione raggi

Attestiamo che questa apparecchiatura emette raggi U.V.:

Le misure sono effettuate nei laboratori di prova della ISO Italia con apparecchiature omologate. Condizioni ambientali diverse modificano sensibilmente i dati rilevati (±10%). Eventuali differenze nella rilevazione dei dati di modelli simili sono dovute alla produzione artigianale di alcuni componenti. I dati contenuti nel presente documento si riferiscono all'apparecchiatura nelle sue condizioni originali, e perdono validità in caso di manomissioni e sostituzioni con componenti non originali.

I valori indicati esprimono la radiazione efficace come riportato dalla norma CEI EN 60335-2-27

Certificat d'emission des rayons

Nous certifions que et appareil à rayons U.V.A.émet des rayons U.V.:

Les mesures sont effectuées dans les laboratoires d'essai de ISO Italia. Les conditions environnementales peuvent modifier sensiblement les données relevées (±10%). Les éventuelles différences dans le relevé des données de modèles similaires sont dues à laproduction artisanale de certains éléments. Les données contenues dans le document présent se réfèrent à l'appareillage dans ses conditions originales; elles perdent toute validité en cas de modifications et substitutions avec des éléments ne présentant pas la marque ISO Italia.

Les valeurs indiquées expriment la radiation efficace conformément à la norme CEI EN 60335-2-27

Bescheinigung der strahlen - abgabe

Es wird bescheinigt, daß dieser U.V.A. Strahlengertät UV-Strahlen abgibt:

Die Messungen werden in den Prüflabors der ISO Italia durchgeführt. Umweltbedingungen modifizieren die erhobenen Daten spürbar (±10%). Eventuelle Abweichungen in den Datenerhebungen von gleichen Modellen sind der handwerklichen Produktion einiger Komponenten geschuldet. Die Daten des vorliegenden Dokumentes beziehen sich auf die Apparatur im Originalzustand; sie verlieren ihre Gültigkeit im Fall von Mißbrauch und Austausch von Elementen mit solchen, die kein ISO Italia-Siegel haben.

Die angegebenen Werte zeigen die effektive Strahlung an, wie sie in der Vorschrift CEI EN 60335-2-27

Certificado de emission de rayos

Se atestigua que esto aparato de radiaciones U.V.A. emite radiaciones U.V.:

La medición se efectúa en los laboratorios de pruebas de ISO Italia. Las condiciones ambientales modifican sensiblemente los datos registrados (±10%). Las eventuales diferencias al registrar los datos de modelos semejantes se deben a la producción artesanal de algunos componentes. Los datos que el presente documento contiene se refieren al aparato en sus condiciones originales, pierden validez si se maneja indebidamente o se substituyen partes del mismo con elementos que tengan un sello diverso del de ISO italia.

Los valores indicados expresan la radiation eficaz según las normas CEI EN 60335-2-27

MPI 17045